Produktinformation

Positionsnummer: 14.24.06.1011

Produktbezeichnung: iGo2 portabler Sauerstoffkonzentrator; Art.-Nr.: 125K

Merkmale:

Tragbarer Sauerstoffkonzentrator für den netzunabhängigen mobilen Einsatz, Betrieb auch mittels Wechselstromnetzteil oder Gleichstromkabel mit Kfz-Adapter möglich. Atemzuggetriggerte, bolusförmige Abgabe des Sauerstoffes, Sauerstoffbolus einstellbar in 5 Programmstufen.

Transporthilfen: Tragetasche, Schultergurt
Spannungsversorgung: AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz, DC 13,8 V – 17 V
Akku: Li-Ionen Akku, 6400 mAh
Akkulaufzeit: ca. 3,5 h bei Stufe 2 / 20 BPM
Leistungsaufnahme: max. 140 W
Gewicht: 2,3 kg mit Akku
Größe: 21,3 cm x 21,8 cm x 8,9 cm
Geräuschpegel: ca. 40 dB(A) bei Stufe 2 / 20 BPM (MDS-Hi)

Sauerstoffflow
Programmstufe: 1
Minutenvolumen: 260 ml
Flowäquivant(20 BPM): 1,0 l/min
O2-Konzentration: 90 % (-3%/+4%) bei allen Durchflussraten
Frequenz: 10 – 40 BPM

Sauerstoffflow
Programmstufe: 2
Minutenvolumen: 440 ml
Flowäquivant(20 BPM): 2,0 l/min
O2-Konzentration: 90 % (-3%/+4%) bei allen Durchflussraten
Frequenz: 10 – 40 BPM

Sauerstoffflow
Programmstufe: 3
Minutenvolumen: 725 ml
Flowäquivant(20 BPM): 3,0 l/min
O2-Konzentration: 90 % (-3%/+4%) bei allen Durchflussraten
Frequenz: 10 – 40 BPM

© Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. [REHADAT]

Sauerstoffflow
Programmstufe: 4
Minutenvolumen: 880 ml
Flowäquivant(20 BPM): 4,0 l/min
O2-Konzentration: 90 % (-3%/+4%) bei allen Durchflussraten
Frequenz: 10 – 40 BPM

Sauerstoffflow
Programmstufe: 5
Minutenvolumen: 1014 ml
Flowäquivant(20 BPM): 4,6 l/min
O2-Konzentration: 90 % (-3%/+4%) bei allen Durchflussraten
Frequenz: 10 – 40 BPM

Bolusabgabe Standard-Modus
Programmstufe: 1
10 BPM: 26,0 ml
20 BPM: 13,0 ml
25 BPM: 10,4 ml
30 BPM: 8,7 ml
35 BPM: 7,4 ml
40 BPM: 6,5 ml

Bolusabgabe Standard-Modus
Programmstufe: 2
10 BPM: 44,0 ml
20 BPM: 22,0 ml
25 BPM: 17,6 ml
30 BPM: 14,7 ml
35 BPM: 12,6 ml
40 BPM: 11,0 ml

Bolusabgabe Standard-Modus
Programmstufe: 3
10 BPM: 72,5 ml
20 BPM: 36,3 ml
25 BPM: 29,0 ml
30 BPM: 24,2 ml
35 BPM: 20,7 ml
40 BPM: 18,1 ml

Bolusabgabe Standard-Modus
Programmstufe: 4
10 BPM: 88,0 ml
20 BPM: 44,0 ml
25 BPM: 35,2 ml
30 BPM: 29,3 ml

© Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. [REHADAT]

35 BPM: 25,1 ml
40 BPM: 22,0 ml

Bolusabgabe Standard-Modus
Programmstufe: 5
10 BPM: 101,4 ml
20 BPM: 50,7 ml
25 BPM: 40,6 ml
30 BPM: 33,8 ml
35 BPM: 29,0 ml
40 BPM: 25,4 ml

Bolusabgabe Autobreath-Modus (ohne äußere Triggerung)
Programmstufe: 1
12 BPM: 18,4 ml

Bolusabgabe Autobreath-Modus (ohne äußere Triggerung)
Programmstufe: 2
12 BPM: 31,2 ml

Bolusabgabe Autobreath-Modus (ohne äußere Triggerung)
Programmstufe: 3
12 BPM: 51,4 ml

Bolusabgabe Autobreath-Modus (ohne äußere Triggerung)
Programmstufe: 4
12 BPM: 62,3 ml

Bolusabgabe Autobreath-Modus (ohne äußere Triggerung)
Programmstufe: 5
12 BPM: 71,8 ml

Lieferumfang:
1.) Sauerstoffkonzentrator iGo2 mit internem Akku
2.) Wechselstromnetzteil
3.) Gleichstromkabel mit Kfz-Adapter
4.) Transporttasche
5.) Gebrauchsanweisung

Hersteller:

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Str. 3
68309 Mannheim

0621 17898-0
Kontakt@devilbisshc.com
https://www.drivedevilbiss-int.com

In REHADAT-Hilfsmittel ansehen

© Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. [REHADAT]